

esclarecimento edital pp 09-2018 dia 17/08/2018 item n.60

Comercial Extramedi <comercial@extramedi.com.br>

Qui 16/08/2018, 10:27

Para:licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>

Alan bom dia , solicito esclarecimento sobre item n. 60

Edital pp 09/2018 fms dia 17/08/2018

- 60 Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 25g/0,5mm, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de 1,8mm ou que permita ajuste. Caixa com 200 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no Ministério da Saúde - ANVISA. Apresentar amostra e prospecto.**

Esta apresentação 25g, e a maior parte dos fabricantes não estão mais produzindo geralmente e utilizada para teste do pezinho , sendo que para os teste de hcg seriam apresentações 21g , 23g, 28g e geralmente vem com 100 unidades e não com 200 unidades .Gostaria que verificasse por gentileza qual seria a apresentação que já vem utilizando para que não haja problemas para os pacientes e ao órgão solicitante.

Fabiana Mattos
Gerente Comercial
Extra Dist. de Med. e Prod. Hosp. Eireli

✉ comercial@extramedi.com.br

☎ 48 3524 4524

☎ 48 9917 3400

