



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Reuniram-se, aos 30 de setembro de 2019, comissão responsável para análise das amostras e documentação técnica referente ao Pregão Presencial nº 11/2019, verificando a qualidade do material ofertado e sua conformidade com as especificações técnicas.

TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
01	AMOSTRA APROVADA
02	AMOSTRA APROVADA
03	AMOSTRA APROVADA
16	AMOSTRA APROVADA
17	AMOSTRA APROVADA
18	AMOSTRA APROVADA
19	AMOSTRA APROVADA
20	AMOSTRA APROVADA
21	AMOSTRA APROVADA
22	AMOSTRA APROVADA
24	AMOSTRA APROVADA
25	AMOSTRA APROVADA
26	AMOSTRA APROVADA
41	AMOSTRA APROVADA
42	AMOSTRA APROVADA
44	AMOSTRA APROVADA
45	AMOSTRA APROVADA
46	AMOSTRA APROVADA
48	AMOSTRA APROVADA
49	AMOSTRA APROVADA
50	AMOSTRA APROVADA
51	AMOSTRA APROVADA
60	AMOSTRA APROVADA
68	AMOSTRA APROVADA
77	AMOSTRA APROVADA
78	AMOSTRA APROVADA
79	AMOSTRA APROVADA
88	AMOSTRA APROVADA
89	AMOSTRA APROVADA
109	AMOSTRA APROVADA
131	AMOSTRA APROVADA

Waise

Rosa

[Signature]

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
01	AMOSTRA REPROVADA (NÃO POSSUI MOTIVOS INFANTIS, CONFORME DESCRITIVO)
02	AMOSTRA REPROVADA (NÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE)
03	AMOSTRA APROVADA
04 a 09	AMOSTRA REPROVADA (NÃO APRESENTOU CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VÁLIDO CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO)
13	AMOSTRA REPROVADA (PRODUTO APRESENTOU 21,5 CM DE LARGURA E NÃO POSSUI DIVISOR DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSÃO)
25	AMOSTRA REPROVADA (NÃO POSSUI CAMARA DE PASTEUR)
50	AMOSTRA APROVADA
64	NÃO APRESENTOU LAUDO LABORATORIAL CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO, TENDO APRESENTADO FICHA TÉCNICA
94 a 98	NÃO APRESENTOU LAUDO DE EFICIÊNCIA VIRAL, APRESENTOU LAUDO DE FILTRAGEM BACTERIANA O QUAL NÃO É SOLICITADO NO DESCRITIVO
131	AMOSTRA APROVADA

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
02	AMOSTRA APROVADA
03	AMOSTRA APROVADA
13	AMOSTRA REPROVADA (PRODUTO APRESENTOU 21,5 CM DE LARGURA E NÃO POSSUI DIVISOR DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSÃO)
16	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
17	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
18	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
19	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
20	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
21	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
22	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTADA CONTENDO SOMENTE 13 FIOS)
26	AMOSTRA APROVADA
42	AMOSTRA REPROVADA (APRESENTOU 12 FIOS EM CONTAGEM E TAMANHO 15X28 QUANDO ABERTA)
44	AMOSTRA REPROVADA (NÃO APRESENTOU FITA DUPLA FACE)
45	AMOSTRA REPROVADA (SEM CONEXÃO LUER LOOK ROTATIVA, SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA)
46	AMOSTRA REPROVADA (SEM TRAVA QUE PERMITA ENCURTAR O TUBO E SEM CONEXÃO LUER LOCK ROTATIVA, SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA)
47	AMOSTRA REPROVADA (NÃO POSSUI ENTRADA DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO)
49	AMOSTRA APROVADA
50	AMOSTRA REPROVADA (CONTENDO LATEX, NÃO APRESENTOU REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE CORRETO)
52 e 53	APRESENTOU MEDIDA SUPERIOR AO SOLICITADO NO DESCRITIVO CONFORME CATALAGO
60	AMOSTRA APROVADA
64	NÃO APRESENTOU LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO
68	AMOSTRA APROVADA
79	AMOSTRA REPROVADA (NÃO POSSUI PICOTE)
88	AMOSTRA APROVADA
89	AMOSTRA REPROVADA (SEM COMPROVAÇÃO DE 99,9% DE EFICIENCIA DE FILTRAGEM)
90 à 92	NÃO APRESENTOU LAUDO EM ATENDIMENTO A NBR 14.990
93 à 98	NÃO APRESENTOU LAUDO DE EFICIENCIA VIRAL, APRESENTOU LAUDO DE FILTRAGEM BACTERIANA O QUAL NÃO É SOLICITADO NO DESCRITIVO
109	AMOSTRA REPROVADA (COM GRADUAÇÃO DE DUAS EM DUAS UNIDADES INSULINICAS)
131	AMOSTRA APROVADA

J.R EHLKE & CIA LTDA

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
03	AMOSTRA APROVADA

FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
77	AMOSTRA REPROVADA (PRODUTO COM ACIONAMENTO POR BOTÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE NO CATALAGO)
78	AMOSTRA REPROVADA (PRODUTO SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE NO CATALAGO E SISTEMA DE PUNÇÃO AGULHA E NÃO LAMINA CONFORME O DESCRITIVO)
80	PRODUTO NÃO POSSUI EM SUA FORMULA PALMITATO DE RETINOL CONFORME BULA

WILL COMERCIAL

ITEM	AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
80	NÃO APRESENTOU AFE DO FABRICANTE E NEM A BULA DO PRODUTO
89	AMOSTRA REPROVADA (SEM COMPROVAÇÃO DE 99,9% DE EFICIENCIA NA FILTRAGEM)

Daise B. Saturnino
Daise B. Saturnino
 Téc. de Enfermagem
 COREN-SC 667/14

DAISE BATISTA SATURNINO
 Membro da Comissão

Janaína Penning B. G.
JANAÍNA PENNING BORGES GOULART
 Coordenadora
 Des. Organizadas da Saúde
 Membro da Comissão
 COREN/SC-21.118

Carine Lima Rosa
Carine Lima Rosa
 Enfermeira
 COREN/SC 230.718
 CARINE LIMA ROSA
 Membro da Comissão