A vida vai bem quando você tem o controle.

Roche

Como utilizar o sistema Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

As lancetas Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno possuem pontas trifacetadas e siliconizadas permitindo o corte meia lua (facilitando a formação de uma gota). Proporcionam segurança para o paciente e para o profissional de saúde, pois são retráteis, evitando o acidente pérfuro cortante e não permitindo a reutilização, atendendo as normas da NR32.

Preparação do local de punção

As mãos do pacien : deverão ser lavadas com água morna e sabão e, depois, secar bem. Se utilizar álcool; certifique-se de que o dedo está bem seco antes de continuar.

Escolha do local de punção

O local recomendado para efetuar a punção é a parte lateral da polpa do dedo. Geralmente, nesta zona recolhe-se a melhor gota de sangue e a punção é mais confortável e menos dolorosa. Pode ser utilizado em polpa digital e calcanhar.

Obtenção da amostra de sangue e Descarte

Aguarde alguns segundos para permitir que se forme a gota de sangue. Se a gota de sangue for muito pequena, massageie com cuidado esta zona do dedo, começando na base e seguindo em direção à ponta do dedo para obter mais sangue. Realize o descarte do marterial de acordo com os regulamentos da instituição.





1. Segurar o sistema de punção Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno, girar e puxar a capa de esterilidade amarela.



2. Segurar o sistema de punção com o dedo indicador, o dedo médio e o polegar.



3. Colocar o sistema de punção Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno junto à polpa digital e pressionar o botão de disparo.

Em conformidade aos requisitos de biosegurança da NR32 / Ministério do Trabalho e Emprego.
Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005.

Você pode contar.

ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO é uma marca da Roche. ©2017 Roche Diabetes Care. Reg. ANVISA 81414021676. Cód. BR-493 - Dezembro 2017.

0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
brasil.accuchekresponde@roche.com

ACCU-CHEK®