Item: 43
Folha Nº 501
26/4/16


BIOSSEGURANÇA

Zymedet Gold

5 Enzimas

DETERGENTE ENZIMÁTICO

DETERGENTE PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.



- Diluição única 1ml/L
- Compatível com todos os instrumentos e materiais médicos.
- Não irritante dérmico, corrosivo, ocular e não deixa resíduos após o enxágue.

Prolink
Indústria Química Ltda.

FICHA TÉCNICA

Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgicos.

O **ZYMEDET GOLD 5-E** é um detergente enzimático, indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgicos, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos.

EMBALAGEM

Tipo	ml	Quantidade
Frasco Plástico	1 Litro	Caixa de papelão com 12 unidades
Galão Plástico	5 Litro	Caixa de papelão com 4 unidades





PRINCIPAIS USO DO PRODUTO

Remoção de sujidades nos quais as enzimas presentes nele quebram as moléculas da sujeira específica e ajuda na limpeza de equipamentos de uso hospitalar.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS NO USO

Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize embalagens vazias. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

MODO DE USAR

Para limpeza manual ou em lavadoras automáticas: Diluir produto previamente em água. A diluição deverá ser de 1ml do produ para 1000ml (1L) de água (1:1000). (Utilizar preferencialmente água deionizada ou que atenda: pH 6,0 a 8,5, condutividade máxima: 150 uS/cm e dureza máxima: 100 mg/L CaCO3). A solução deverá estar em temperatura (35º - 45ºC) e o dispositivo médico a ser limpo deverá permanecer submerso nesta solução por 5 minutos. Se necessário, friccionar os instrumenos/artigos com as mãos vestidas de luvas látex. Retirar o material da solução e enxaguar abundantemente em água corrente. Este produto pode ser utilizado na limpeza manual ou em máquinas de limpe ultrassônica ou termodensifectora, desde que previamente testados.

ARMAZENAMENTO

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor excessivo.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

PROLINK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Est. GPI 445, S/N - Zona Rural - Fone/Fax: 17 3512-5440
CEP: 15110-000 - Caixa Postal 36 - Guapiaçu - SP
INDÚSTRIA BRASILEIRA - CNPJ: 01.140.700/0001-44
Eng. Químico Responsável.: Dione Carbonin
CRQ: 04366145 - IV Região
contato@prolinkquimica.com.br
www.prolinkquimica.com.br

Prolink
Industria Quimica Ltda.

FAÇA SEU ORÇAMENTO

Rodrigo Rodrigues | Vendas Internas
(17) 99725-0386