ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

CATÁLOGOS E/OU PROSPECTOS

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

FOLHA Nº 366

52,53,54



Espéculo vaginal descartável estéril individual lubrificado (Grau cirúrgico)

Apresentação: Caixa com 200 unidades

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Espéculo vaginal descartável estéril individual lubrificado (grau cirúrgico) – CRALPLAST

Produzidos no polo industrial da CRAL.

Tamanhos:

- Pequeno (P)
- Médio (M)
- Grande (G)

Finalidade:
O ESPÉCULO VAGINAL é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

Informações Técnicas (nota):

- Excelente acabamento e alta Transparência.
- Composição: Produzido em Poliestireno (PS) e Polietileno (PE).
- Modelo tipo Collins.
- Esterilizado por radiação ionizante.
- Embalados individualmente.
- Cadastrados na ANVISA. = 10379860197

clean-up

Folha
Nº 567
74

Integrador CLEAN TEST - Pastilha Tipo 5



Não processado



Processado



Apresentação

O integrador CLEAN TEST possui uma janela de visualização que permite facilidade e clareza na interpretação dos resultados. Ele integra os três parâmetros críticos essenciais para uma esterilização por vapor adequada: tempo, temperatura/pressão e vapor. Uma vez processado, ele indica com margem de segurança, se estes parâmetros críticos adequados para a esterilização foram atingidos.

Características

- Ciclos de 121°C e 134°C;
- Isento de Chumbo;
- Pacotes com 25, 50, 100 e 250 unidades.

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

Folha Nº 568

REGISTROS

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

4,5,6,7,8,9

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA		
CNPJ	03.426.484/0001-23	**Autorização**	8.00.261-8
Produto	AGULHA HIPODERMICA DE USO UNICO SR - DIVERSOS CALIBRES		

Modelo Produto Médico
40 x 0,9
30 x 0,9
40 x 0,8
30 x 0,7
30 X 0,6
20 x 0,50
13 x 0,30
12,7 x 0,33
8 x 0,30
8 x 0,25
5 x 0,25
13 x 0,4
40 x 2,0
40 x 1,6
40 X 1,5
40 x 1,2
25 x 1,2
25 x 1,0
30 x 1,0

Modelo Produto Médico
25 x 0,9
25 x 0,8
30 x 0,8
40 x 0,7
25 x 0,7
25 x 0,6
25 x 0,50
20 x 0,55
15 x 0,50
13 x 0,45
13 x 0,38
13 x 0,33
13 x 0,36
12,7 x 0,30
10 x 0,45
8 x 0,33
6 x 0,30
5 x 0,30

Nome Técnico	Agulhas Descartaveis
Registro	80026180031
Processo	25351.039531/2010-11
Origem do Produto	• FABRICANTE: SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA - PARAGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Folha Nº 570

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	**Autorização**	1.03.694-6
Produto	BOLSAS COLETORAS		

Modelo Produto Médico
BOLSA COLETORA DE URINA LABOR IMPORT

Nome Técnico	Bolsas Coletoras
Registro	10369469016
Processo	25351.498452/2012-62
Origem do Produto	• FABRICANTE: POLY MEDICURE LIMITED - ÍNDIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMÉRICA MEDICAL LTDA		
CNPJ	01.310.212/0001-38	**Autorização**	8.00.374-9
Produto	Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco		

Modelo Produto Médico

1052100003 - Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Premium 23 X 25 cm; 8g sem pré-encolhimento; 1032100004 - Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Soft 45 x 50 em; 25g sem pré-encolhimento; 1032100010- Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Soft 45 x 50 cm; 27g sem pré-encolhimento; 1032100008- Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Soft 45 x 50 cm; 30g sem pré-encolhimento; 1042100003 - Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Premium 45 x 50 cm; 35g sem pré-encolhimento; 1052100006 - Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Premium 10 x 9 cm; 9g com pré-encolhimento; 1052100007 - Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna com Elemento Radiopaco Premium 25 x 28 cm; 20g com ré-encolhimento.

Nome Técnico	Compressas
Registro	80037490014
Processo	25351.192507/2014-04
Origem do Produto	• FABRICANTE: AMÉRICA MEDICAL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMÉRICA MEDICAL LTDA		
CNPJ	01.310.212/0001-38	**Autorização**	8.00.374-9
Produto	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO		

Modelo Produto Médico

Modelos: CATHARINA , KARINA e HÉRIKA. Número de fios: 9 ; 11 ; 13 ; 15, 18 e 21 fios/cm².

CATHARINA e KARINA: 6,0 x 6,0 cm, 6,5 x 6,5 cm, 7,5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm;

HÉRIKA: 7,5 x 7,5 cm ou 10 x 10 cm,

Nome Técnico	Compressas
Registro	80037490010
Processo	25351.352039/2012-38
Origem do Produto	• FABRICANTE: AMÉRICA MEDICAL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhe do Produto: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

Nome da Empresa	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME		
CNPJ	03.237.990/0001-74	**Autorização**	3.02.522-1
Nome Comercial	PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO		
Classe Terapêutica	DETERGENTE ENZIMÁTICO		
Registro	325220066		
Processo	25351.725664/2013-26		
Vencimento do Registro	03/2024		03/2024

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
BOMBONA PLASTICA	LIQUIDO	2	05/03/2014
Validade	24 meses	**Registro**	3252200660022

Princípio Ativo	
Embalagem	• Primária - BOMBONA PLASTICA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME - ANÁPOLIS - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*
IFA único	Não
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MISSNER & MISSNER LTDA		
CNPJ	03.225.411/0001-73	**Autorização**	8.00.033-0
Produto	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER		

Modelo Produto Médico

Se apresenta nas cores branca e bege e nos tamanhos: 1.2cm x 90cm; 2.5cm x 90cm; 5.0cm x 90cm; 7.5cm x 90cm; 10.0cm x 90cm;1.2cm x 1.0m; 2.5cm x 1.0m; 5.0cm x 1.0m; 7.5cm x 1.0m; 10.0cm x 1.0m; 1.2cm x 1.34m; 2.5cm x 1.34m; 5.0cm x 1.34m; 7.5cm x 1.34m; 10.0cm x 1.34m; 1.2cm x 1.5m; 2.5cm x 1.5m; 5.0cm x 1.5m; 7.5cm x 1.5m; 10.0cm x 1.5m; 1.2cm x 2.0m; 2.5cm x 2.0m; 5.0cm x 2.0m; 7.5cm x .0m; 10.0cm x 2.0m; 1.2cm x 3.0m ; 2.5cm x 3.0m; 5.0cm x 3.0m; 7.5cm x 3.0m; 10cm x 3.0m; 1.2cm X 4.5m; 2.5cm X 4.5m; 5.0cm X 4.5m; 7.5cm X 4.5m; 10.0cm X 4.5m;1.2cm X 9.0m; 2.5cm X 9.0m; 5.0cm x 9.0m; 7.5cm X 9.0m;10.0cm X 9.0m;1.2cm x 9.14m; 2.5cm x 9.14m; 5.0cm x 9.14m; 7.5cm x 9.14m; 10.0cm x 9.14m; 30cm x 9.14m;1.2cm X 10m; 2.5cm X 10m; 5.0cm X 10m; 7.5cm X 10m;10cm X 10m.

Nome Técnico	Esparadrapos e Fitas Adesivas
Registro	80003300006
Processo	25351.372899/2014-21
Origem do Produto	• FABRICANTE: MISSNER & MISSNER LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

52,53,54

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		
CNPJ	48.740.849/0001-28	**Autorização**	1.03.798-6
Produto	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL		

Modelo Produto Médico

Virgem (V); Pequeno (P); Médio (M); Grande (G).

Nome Técnico	Especulo Descartavel
Registro	10379860197
Processo	25351.467813/2015-70
Origem do Produto	• FABRICANTE: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Tecelagem Minas Rey Ltda		
CNPJ	41.847.658/0001-10	**Autorização**	8.03.845-5
Produto	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA EM ROLO MELHORMED		

Modelo Produto Médico

Disponível nos seguintes tamanhos: 40cm x 50cm; 50cm x 60m; 91cm x 91m com 9, 11 ou 13 Fios/cm2.

Nome Técnico	Compressas
Registro	80384550004
Processo	25351.632846/2010-81
Origem do Produto	• FABRICANTE: Tecelagem Minas Rey Ltda - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

83,84,85,86

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	10.268.780/0001-09	**Autorização**	8.04.955-1
Produto	TOP QUALITY - LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, COM PÓ		

Modelo Produto Médico

Extra-pequena (PP); Pequena (P); Média (M); Grande (G);

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	80495510001
Processo	25351.754051/2009-71
Origem do Produto	• FABRICANTE: HARTALEGA GLOVE MANUFACTURING SDN. BHD. - MALÁSIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	10.268.780/0001-09	**Autorização**	8.04.955-1
Produto	Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL		

Modelo Produto Médico

Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho PP (Extra-pequena). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho P (Pequena). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho M (Média). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho G (Grande). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho GG (Extra Grande). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos.

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	80495510008
Processo	25351.744003/2015-48
Origem do Produto	• FABRICANTE: YTY INDUSTRY SDN. BHD. - MALÁSIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

23/09/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351744003201548/?numeroRegistro=80495510008

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA		
CNPJ	02.491.464/0001-73	**Autorização**	8.02.512-8
Produto	MÁSCARA DESCARTÁVEL		

Modelo Produto Médico

Máscara Retangular com Elástico, Máscara Oval com Tiras, Máscara Protetora de Barba e Bigode, Máscara Retangular com Tiras.

Nome Técnico	Mascaras
Registro	80251289004
Processo	25351.574127/2009-15
Origem do Produto	• FABRICANTE: INTCO INDUTRIES CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

Folha
Nº 581

LAUDOS

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

Folha Nº 582

94,95,96,97,98

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 84687/2019

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"

Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 08 de Março de 2019.	
HOSPFLEX EMBALAGENS	Av. Comendador Camilo Julio, 2655 - Uac 7 - Jardim Ibiti do Paco
Solicitante: Raquel Nogueira	CEP.: 18086-000 - Sorocaba - SP

Material: Embalagem de papel grau cirúrgico	
Data de entrada: 27/02/2019	Hora de entrada: 12:05
Embalagem: pacote plástico	Condições de transporte: temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Hospflex	Lote: 0119	Descrição do produto: Tam.: 15x15cm	
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: 01/2019	Data de Validade: 12/2021	

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 99,1% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 16064:2012

Característica	Avental Cirúrgico	Campo Cirúrgico de Paciente	Campo cirúrgico de mesa
Repelente	≥ 90	≥ 90	
Impermeável	≥ 99	≥ 99	≥ 99

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; ABNT NBR 16064: 2012: Produtos para a Saúde – Não tecido – Segurança de aventais e campos cirúrgicos de barreira bacteriológica de alta eficiência – Requisitos e métodos de ensaio.

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br./

Folha
Nº 583

HOSPFLEX
EMBALAGENS FLEXÍVEIS

LAUDO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO

Sorocaba, 01 de Agosto de 2019.

Produto:	Papel Grau Cirúrgico
Plano de amostragem	De acordo com a 14990/2 e 14990/9
Estrutura:	Papel Grau cirúrgico 60g/m² + Filme PET/PE
Fabricação:	Agosto/ 2019
Validade:	36 meses de fabricação.
Lote:	0819/19
Marca:	Hospflex Embalagens Flexíveis

Itens Controlados	Especificação	Método	Resultados
Gramatura do papel	Min: 57,0 g/m² Max: 63,0 g/m²	ISO 536	60,18 g/m² – Conf. Laudo do fornecedor
Porosidade Bentsen	Min: 750 ml/mn Max: 1250 ml/mn	ISO 5636-3	850 ml/mn – Conf. Laudo do fornecedor
Gramatura Filme	Min: 49,05 g/m² Max: 59,95 g/m²	MA 08	53,0 g/m² – Conf. Laudo do fornecedor
Largura da selagem	Mín: 06 09 11 mm 08 11 13 mm	NBR 14990	Laterais: 7 mm
Integridade da selagem	Não apresentar penetração	NBR 14990	De acordo com o especificado
Resistência a tração	Mín: 2,5 N/15mm Máx: 7,5 N/15mm	NBR 14990	Média: 4,5 N
Análise visual	De acordo com a norma	NBR 14990	De acordo com o especificado.

Nota: Recomenda-se a selagem do material no prazo de 6 meses.
Estocar em local limpo, seco e arejado, evitando-se contato direto com o piso, luz solar, produtos que possam emanar odor.
Manter a embalagem original até o uso.

DENNY GONÇALVES SILVA
RESPONSAVEL TECNICO
CREA/SP 5061958232