131 Folha 589

Portaria Inmetro/Dimel n.º 0098, de 20 de junho de 2014.
(2° Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.° 302, de 06 de outubro de 2011.)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para termômetros clínicos digitais, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 89/2006; e

Considerando o constante do Processo Inmetro n.º 52600.018484/2014, resolve:

Art. 1° - Incluir as marcas DIMESO e PROCORPUS no item 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS, alínea b, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 302, de 06 de outubro de 2011, que aprova os modelos T103 e T104 de termômetro clínico digital, marca BIOLAND.

Art. 2° - Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel n.° 302, de 06 de outubro de 2011, e na Portaria Inmetro/Dimel n.º 044, de 21 de março de 2014.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Dicol
LGS/lgs
P 018484-14

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

Folha Nº 590

C.A Certificado De Aprovação

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br /Altermed

83,84,85,86

Folha Nº 591

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 27.785
VÁLIDO

Validade: 04/06/2021 **Nº. do Processo:** 46000.004526/2017-16

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó, marca Medix Brasil. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012, E PORTARIA Nº 451, DE 31 DE AGOSTO DE 2012. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No punho

Referências: Luva para procedimento não cirúrgico com pó

Tamanhos: PP, P, M, G

Normas técnicas: NBR ISO 11193-1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 04417/2017

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4644 - Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO **CEP:** 85812010

Cidade: CASCAVEL **UF:** PR

Folha Nº 592

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.644
VÁLIDO

Validade: 23/05/2021 **Nº. do Processo:** 46000.001342/2016-13

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica (sintética), cor violeta, não estéril, ambidestra, sem pó, texturizada (somente na ponta dos dedos).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Marcação do CA: No punho

Referências: Top Quality - Luva para procedimento não cirúrgico de Nitrilo.

Tamanhos: PP, P, M e G **Cores:** Violeta

Normas técnicas: NBR ISO 11193-1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L - 268.349/2/15; ELA/L - 268.349/4/15; MIC/L - 268.349/2/15
Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4644 - Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO **CEP:** 85812010

Cidade: CASCAVEL **UF:** PR

28

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

Folha Nº 593

AFE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO FABRICANTE

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa

26,41

Folha Nº 594

Dados da Empresa

Razão Social

AMÉRICA MEDICAL LTDA

CNPJ

01.310.212/0001-38

Endereço Completo

AVENIDA SAROBA 35 - MARIA AMÁLIA CEP: 35.790-000 - CURVELO/MG

Telefone

Responsável Técnico

BARBARA PEREIRA MENDES

Responsável Legal

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00.374-9

Data do Cadastro

29/08/2000

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.015042/0004

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Esterilizacao

- Correlatos

Expedir

- Correlatos
- Correlatos

30

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa

105,106

Folha Nº 595

Dados da Empresa

Razão Social

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

CNPJ

59.309.302/0001-99

Endereço Completo

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO 160 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 19.908-170 - OURINHOS/SP

Telefone

Responsável Técnico

LUIS SALDANHA RODRIGUES NETO

Responsável Legal

RAFAEL SALDANHA RODRIGUES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.01.606-1

Data do Cadastro

28/04/1989

Situação

Ativa

Nº do Processo

25000.046468/8

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Embalar

- Correlato

Expedir

- Correlato
- Correlato

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa 107,108

Folha Nº 596

Dados da Empresa

Razão Social

SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ

03.426.484/0001-23

Endereço Completo

AV. TORQUATO TAPAJÓS Nº 2475 - FLORES CEP: 69.048-660 - MANAUS/AM

Telefone

(92) -652-6000

Responsável Técnico

TOME MAURO DA SILVA

Responsável Legal

ANA PATRÍCIA SALDANHA RODRIGUES SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00.261-8

Data do Cadastro

25/05/2000

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.007402/0012

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Embalar

- Correlato

Expedir

- Correlato

32

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02
Altermed Mat Med Hosp Ltda
Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554
RIO DO SUL - SC

Folha
Nº 597

CATÁLOGOS E/OU PROSPECTOS

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004
altermed@altermed.com.br

SR
SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Qualidade e Tecnologia em suas mãos

4,5,6,7,8,9

Folha
Nº 598

Agulha Hipodérmica

Agulha produzida em conformidade com a NBR ISO 7864 e com a ISO 6009:1992, siliconizada, possui bisel trifacetado, estéril (ETO), atóxica e apirogênica. Podem vir acompanhadas de dispositivo de segurança, podendo ser encontrada nas seguintes cores e calibres, conforme tabela abaixo:

SISTEMA INGLÊS (Polegada)	SISTEMA MÉTRICO (Milimetros)	COR DO CANHÃO*
16 G1 1/2"	40X16	branco
18 G1 1/2"	40X12	rosa
19 G 1"	25X10	creme
19 G1 1/4"	30X10	creme
20 G 1"	25X9	amarelo
20 G1 1/4"	30X9	amarelo
21 G1"	25X8	verde
21 G1 1/4"	30X8	verde
21 G1 1/2"	40X8	verde
22 G1"	25X7	preto
22 G1 1/4"	30X7	preto
23 G1"	25X6	azul
24 G 3/4"	20X5.5	púrpura médio
26 G 1/2"	13X4.5	marrom
27 G 1/2"	13X4	cinza médio
27.5 G 1/2"	13X3.8	cinza claro
30 G 1/2"	13X3	amarelo

* de acordo com a ISO 6009



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGULHA

Agulha hipodérmica é produzida conforme diretrizes da norma NBR ISO 7864, sendo constituida dos seguintes componentes:

Cânula:
Constituída de tubo em aço inoxidável, soldado, trefilado, cortado e afiado com dimensões especificas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico. O tubo de aço inoxidável é constituído do aço tipo AISI-304 ou 304L em conformidade com a NBR 5601, sendo aprovado para uso na fabricação de agulhas hipodérmicas e em outros dispositivos médicos.

Canhão:
Constituído de material plástico tipo polipropileno (PP), atóxico e inerte, com dimensões padronizadas e universais que permite acoplar a agulha à seringa ou a qualquer outro dispositivo médico, fabricado conforme as especificações da NBR 594-1/2, moldado pelo processo de injeção plástica com adição de pigmento colorido que determina cores diferenciadas para identificação dos calibres das agulhas. (ver tabela ao lado).

Protetor:
Acessório adaptável ao canhão destinado a proteger a cânula de danos fisicos, até o momento em que é removido para o uso.
Componente constituído de polipropileno (PP), translúcido, atóxico e inerte, moldado pelo processo de injeção termoplástica.

Exemplo típico de agulha hipodérmica e protetor para uso único



LEGENDA:
1 – Canhão
2– Cânula
3 – Protetor
L – Comprimento da cânula

Fonte: Norma NBR ISO 7864:2010



Folha
Nº 599

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA

Linha Diagnóstica

AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA





AGULHAS MÚLTIPLAS PARA COLETA DE SANGUE

As agulhas múltiplas **Injex Vácuo** para coleta de sangue são bipolares em aço inoxidável de uso único. Possuem canhão com rosca que se ajusta ao adaptador para receber os tubos no momento da coleta. Uma ponta da agulha (bisel) é lubrificada com silicone e especialmente desenhada de modo a perfurar a pele com o mínimo de desconforto para o paciente durante a venopunção.

A outra extremidade apresenta uma luva de borracha cobrindo-a de modo a prevenir vazamento de sangue para dentro do adaptador durante a venopunção.

Registro ANVISA nº 10160610029 - Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue.

vic pharma®
by schülke

Folha
Nº 600

Assepsia Tópica

Álcool 70%

Álcool 70% é um produto para assepsia de pele.



vic pharma®
by schülke

Folha Nº 601

BPF Quality

Uma linha completa para assepsia

Tudo o que um centro hospitalar precisa para ser altamente eficaz em assepsia.



Assepsia Tópica

Álcool Gel

Álcool Gel 70% é um antisséptico indicado para antissepsia das mãos



- Almotolia 95g
- 210g
- 430g
- 800g



- Refil 800g
- Valvula Pump 850g
- Flip Top 850g
- 5 Kg

https://vicpharma.com.br/produto/alcool-gel/

Folha
14,15 002

Almotolias



COD	CAP	COR	BICO
0540-9	125 ml	NATURAL	RETO
0542-6	125 ml	NATURAL	CURVO
0905-4	250 ml	NATURAL	RETO
0542-7	250 ml	NATURAL	CURVO
0906-1	500 ml	NATURAL	RETO
0544-2	500 ml	NATURAL	CURVO

COD	CAP	COR	BICO
0541-4	125ml	AMBAR	RETO
0542-4	125ml	AMBAR	CURVO
0903-0	250 ml	AMBAR	RETO
0542-9	250 ml	AMBAR	CURVO
0904-7	500 ml	AMBAR	RETO
0544-1	500 ml	AMBAR	CURVO

Folha Nº 603

Avental Descartável



Med Gauze

Descrição do Produto

Os Aventais Descartáveis Clean foram projetados especificam ente para a proteção de pacientes e das equipes de saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, desta forma evita a contaminação cruzada, com conforto e segurança.

Especificações:

O Avental Descartável – Clean é confeccionada em não-tecido (TNT) em 100% polipropileno, matéria prima mais avançada disponível atualmente no mercado. O produto está disponível em vários tamanhos e modelos para melhor se adaptar a necessidade do usuário.

O Avental Descartável CLEAN é fabricado com técnicas modernas de produção, atendendo as normas e exigências da ANVISA.

Recomendado uso:

Hospitalar, odontológico, indústrias e alimentícias.

Armazenagem:

Conservar em local arejado em temperatura ambiente.

07

INJEX
INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA



CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Registro ANVISA nº 10160610024

INJEX INCATH - CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA

Calibre: 14 G (2,1 x 45 mm - laranja) 16 G (1,7 x 45 mm - cinza) 17 G (1,5 x 45 mm - branco) 18 G (1,3 x 45 mm - verde) 18 G (1,3 x 32 mm - verde) 20 G (1,1 x 32 mm - rosa) 22 G (0,9 x 25 mm - azul) 24 G (0,7 x 19 mm - amarelo)

Apresenta dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo é acionado quando da retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo é passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar, facilitando o uso do produto e aumentando a segurança para o usuário.

Com filtro, radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas).

Confeccionado em material resistente, com espessura e dimensões adequadas à sua finalidade.

Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso.

Protetor do conjunto agulha/cateter: protege e garante a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente.

Cateter/cânula: confeccionado em TEFLON ou POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material biocompatível, inerte, flexível.

Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre.

Agulha: confeccionada em aço inox, siliconizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo.

Câmara de fluxo: em material transparente que permite rapidamente visualizar o refluxo de sangue.

O cateter é embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e é constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT.



Folha
Nº 605
RNS

Sonda Cateter Nasal para Oxigênio



Cateter nasal visa administrar concentrações baixas a moderadas de Oxigênio e introduzido através da nasofaringe. EMBALAGEM com 10 (dez) Unidades.

O Cateter Nasal é um artigo médico hospitalar estéril, apirogênico, atóxico e de uso único, indicado para administração de Oxigênio com finalidade terapêutica. O estímulo "artificial" à respiração deve ser feito sempre que houver insuficiência respiratória. Cateter nasal visa administrar concentrações baixas a moderadas de Oxigênio e introduzido através da nasofaringe.

ESPECÍFICAÇÕES:

- Esterilizado.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Composição: O tubo é confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), cor verde.
- Tamanhos disponíveis: Nº 04, Nº 06, Nº 08, Nº 10, Nº 12, Nº 14 e N° 16.
- Embalagem: 10(dez) Unidades.

Registro no Ministério da Saúde: 80286000032.

RNS
09
A

Folha
Nº 606

BioSani

CATETER TIPO OCULOS



300 Unidades 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Modelo Adulto: produto fabricado com duas peças de tubo extrusado á partir do composto de policloreto de vinila – PVC atóxico, uma das peças possui uma ponta fechada e na outra a montagem de um conector, as duas partes são unidas por um introdutor nasal do mesmo material conforme desenho anexo para o modelo adulto e com dois furos paralelos .

Modelo Infantil : produto fabricado com tubo extrusado á partir do composto de policloreto de vinila – PVC atóxico, com uma ponta fechada, com dois furos proximais, e na outra a montagem de um conector. Para esse tipo de modelo não se insere o introdutor nasal.

2. FINALIDADE:

O Cateter de Oxigênio é um artigo médico hospitalar estéril, apirogênico, atóxico e de uso único, indicado para administração de Oxigênio com finalidade terapêutica.

3. PRECAUÇÕES ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS:

O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada.

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

A conexão entre os componentes do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto.

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.

Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.

Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso.

REGISTRO NA ANVISA

8.02860.0.0007

vic pharma®
by schülke

35

Folha
Nº 607
Rubr









LAUDOS REBLAS

Resultados Satisfatórios para:

- ☑ Teste de Irritabilidade e Corrosão Dérmica
- ☑ Teste de Irritabilidade e Corrosão Ocular
- ☑ Testes de Eficácia Bactericida frente as cepas:
  Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Staphylococcus aureus
- ☑ Determinação de Teor de Princípio Ativo e pH
- ☑ Estudo de Toxicidade Oral Aguda

Solução com tensoativos é um anti-séptico, em solução de tensoativos, indicado para lavar as mãos e ante-braços promovendo a assepsia antes da cirúrgia e curativos.

Uso adulto e pediátrico. - Modo de usar: Para a desinfecção e lavagem das mãos utilizar a solução detergente de clorexidina, limpar suavemente, aconselha-se espalhar na pele e massagear por 3 minutos e enxaguar com água. - Advertência: Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. - Para os casos de contaminação destas partes, levar abundantemente com água.

- Embalagem com 1Lt 100Ml 800Ml Esponja c/ 22Ml 1Lt c/Dispenser

https://vicpharma.com.br/produto/clorexidina-2/

Rub

11

A



COLETOR DE URINA HOSPITALAR

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: O Coletor de Urina Hospitalar – Mark Med é fabricado em polietileno atóxico, transparente, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 0,11 mm de espessura com variação de +/-1mm, com paredes sobrepostas e fechamento da parte inferior por processo de termo selagem. Provido de cordão na extremidade superior para fixação no leito do paciente. O Coletor de Urina Hospitalar – Mark Med possui graduação aproximada até 2 litros, com divisões aproximadas de 100 em 100 ml, marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml e estampado em cor escura para melhor visualização. O produto será embalado em saco plástico de filme de polietileno contendo 100 unidades em cada pacote, acondicionadas em caixa de papelão com 30 pacotes. Todas as embalagens são identificadas de acordo com as características do produto. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO/ FINALIDADE:

Indicado para a coleta de urina de pacientes em repouso, pelos profissionais da área médica hospitalar.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

Reunir o material asséptico necessário para o procedimento. Conecte a extensão de drenagem junto à sonda e clampeie, coloque a outra extremidade junto ao saco coletor e dependure o mesmo a cama, observe toda a extensão para que não haja dobraduras ou obstruções. Solte o clampe e libere para que inicie o fluxo urinário. Utilize a escala para medir a diurese. No caso de troca de coletor ou interrupção do uso, desconecte-o do sistema, descarte a urina no vaso sanitário.